



令和4年7月19日

新型コロナウイルスのワクチン保管トラブル及び対応について

(小山町 健康増進課)

【概要】

町が保管していた新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製及びモデルナ社製）が電源トラブルにより、保管庫（ディープフリーザー）の温度が基準以上に上がってしまい、保管していた全てのワクチンが使用できなくなりました。

このため、県や医師会等の関係機関に報告・相談し、今後の4回目等のワクチン接種について、県が供給可能なモデルナ社製ワクチンで実施することとしました。

記

1 現状

職員が19日（火）午前8時30分頃、健康福祉会館1階のワクチン保管庫を確認したところ、保管庫の電源が停止し保管庫内の温度が上がっていました。

状況を確認すると電源のブレーカーが落ちていて、温度管理の記録状況を確認すると、17日（日）午前6時頃から温度が上がりはじめていることを確認しました。

保管庫には予備電源を設置してあったものの、前日までが休日であったため状況確認するまでの時間が経過してしまい、この事案の対応ができませんでした。

(1) 使用できなくなったワクチン

- ①ファイザー社製ワクチン : 1, 251本 (7, 506回分)
- ②ファイザー社製ワクチン (小児用) : 90本 (900回分)
- ③モデルナ社製ワクチン : 12本 (240回分)

(2) ワクチン接種の予約状況 (7月19日現在)

- ①個別接種 (町内医療機関) : 80人
- ②集団接種 (8/5～開始予定) : 7月19日から予約受付開始のため0人

2 対応

町の集団接種及び個別接種は、全てモデルナ社製ワクチンに切り換えて実施いたします。

この件について、関係機関や町民にも、無線やホームページ等で周知を図ります。

(1) 接種業務に使用する新しいワクチンについて

県から供給可能なモデルナ社製のワクチンを使用

(2) 個別接種 (ファイザー社製ワクチン) の予約者について

個別接種を実施する町内医療機関に状況を説明するとともに、既に予約されている方に今回の状況を説明し、モデルナ社製ワクチンへの変更が可能かどうか確認して、可能であれば変更していただきます。

(3) 集団接種の予約について

全てモデルナ社製ワクチンの接種による予約とします。

【問い合わせ先】

健康増進課

電話 0550-76-6668